

	NEUMÁTICA FROMI, S.A. DE C.V.			
	Nombre del formato:		Carta de Trazabilidad	
	Código:	No. Emisión:	No revisión:	Fecha de entrada en vigor
	F-6.5-01	2	0	2022-SEPTIEMBRE

Área: Presión

Fecha de elaboración:	2025-07	No. Registro:	NF-TPB25-02
Elaborado por:	Arturo A. Díaz	Vigencia hasta:	2026-07

CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA (CENAM)
CNM-PNM-19
Balanza de Presión
Intervalo de medida: 7 MPa a 100 MPa
 $U = 5 \times 10^{-5} \text{ kg}$

MetAs, S.A. de C.V.
P-44
Balanza de Presión
ID: MA-BPM04/09
Intervalo de medida: (-101 a 215) kPa
No. Certificado: CNM-CC-720-055/2024
 $U = 0.002 \text{ 0 \%L}$

Neumática Fromi, S.A. de C.V.
P-117
Barómetro digital
Marca: Paroscientific
Modelo: 745-16B
Serie: 136362
ID: NF-EP-005
Intervalo de calibración: (20.000 1 a 110.001 5) kPa
No. Certificado: 1-27031
 $U_{\text{max}} = 0.050 \text{ hPa}$
F. Calibración: 2025-04-10
Vigencia: 2027-04

Neumática Fromi, S.A. de C.V.
P-117
Barómetro digital
Marca: Additel
Modelo: ADT681-05-AP100-PSI-I
Serie: 211H17880047
ID: NF-EP-004
Intervalo de calibración: (20.005 a 109.993) kPa
No. Certificado: NF-CP25-279
 $U_{\text{max}} = 0.013 \text{ kPa}$
F. Calibración: 2025-07-22
Vigencia: 2026-07

CALIBRACIÓN A INSTRUMENTOS DE LOS CLIENTES
Presión Absoluta
Barómetros
Intervalo de medida de 20 kPa a 110 kPa

